

気管チューブ → i-gel入れ替え(深麻酔状態)の手順

	介助者(右)	医 師	介助者(左)
準備	手袋2枚	手術中に胃管を挿入し胃内容を吸引しておく i-gelに人工鼻を装着して準備 酸素100%で人工呼吸 深麻酔状態を確認 手袋4枚	手袋2枚
吸引	ビニール袋を準備 吸引カテーテルをビニール袋に回収 手はビニールシート内に保持	閉鎖式吸引カテーテルで気管内吸引 口腔内を吸引 吸引カテーテルをビニール袋に入れる 手袋をとる	足側のシートを挙上
気管チューブ抜去	気管チューブをビニール袋に回収 ビニール袋を密封	吸引カテーテルを準備 i-gelを枕元に準備 人工呼吸器停止, ポップオフ弁を0に設定 ガスサンプリングチューブをはずし, i-gelの人工鼻に装着 人工鼻と蛇管の接続をはずす 気管チューブ固定テープをはがす 気管チューブを抜去し, ビニール袋(右)に入れる	気管チューブのカフのエアを抜く カフ注射器を回収
i-gel挿入	手袋をとる	i-gelを入れていた袋をビニール袋(左)に入れる i-gelを挿入 手袋をとる 蛇管を接続 バッグ換気, EtCO2確認 人工呼吸開始 i-gelをテープで固定 手袋をとる	i-gelを入れていた袋を回収 手袋をとる