

## i-gel抜去(覚醒／自発呼吸出現時)の手順

	介助者(右)	医 師	介助者(左)
準備	手袋2枚 ビニール袋を準備 患者の抑制を確認	酸素マスクを酸素流量計に接続 酸素100% 麻酔用マスク＋人工鼻を確認 下顎にずらしたサージカルマスクを確認 吸引カテーテルを準備 手袋3枚	手袋2枚 ガーゼを枕元に準備 患者の抑制を確認
i-gel抜去	患者の身体を抑制する       i-gelが入ったビニール袋を回収 手袋をとる	覚醒または自発呼吸を確認 人工呼吸器停止，ポップオフ弁を0に設定 ガスサンプリングチューブをはずす 人工鼻と蛇管の接続をはずす i-gel固定テープをはがす i-gelを抜去し，ビニール袋に入れる 手袋をとる 麻酔用マスクを蛇管に接続 サージカルマスクの上から麻酔用マスクを密着 呼吸が安定したのを確認 手袋をとる 酸素マスクに変更 手袋をとる	右手で口周囲の唾液を拭く 左手でサージカルマスクで鼻と口を覆う      手袋をとる

★術後X線撮影後は外科系医師は手術室外で待機している。マンパワーが少ないため、覚醒前に患者の抑制を十分に行う。